MADE IN EUROPE

Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

44_20260408_DK

# Giwik – Ankle Pad

| REF (Varenr.) | HMI nr. | Navn | UDI-DI/GTIN | Størrelse |
|---|---|---|---|---|
| GW2002 | 101623 | Giwik – Ankle Pad | 05744001974735 | Længde 11 cm,<br>Udvendig diameter 46 cm,<br>Indvendig diameter 35 cm |

The Original Nordic
Human Handling Concept

Scan Me

Developed & Manufactured by:
master-care.dk

# Brugervejledning - Giwik - Ankle Pad

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet / produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde.
Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

**MDR (EU) 2017/745:**
Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

**Erklærede formål for produktet:**
Produktet har til formål at yde trykaflastning på tryktruede kropsdele eller til aflastning af led for at mindske risiko for smerter.

**Indikation:**
Kan benyttes, hvis bruger oplever smerte eller ubehag under lejring fx i sideleje eller er tryktruet ved ankelens knoglefremspring.

**Kontraindikation:**
Det anbefales at åbne sår forbindes inden brug af den trykaflastende pude.
Ellers kendes ingen kontraindikationer ved brug af produktet.

**Indhold:**
Stof: 90% Bomuld, 10% Polyester. Skum: 100% Polyethylen. Elastik: Gummi.

**Risikovurdering:**
Hvis bruger er tryktruet eller har tryksår bør brug af produktet ikke stå alene men være i sammenspil med sundhedsfaglig vurdering og behandling.

**Kendskab til produktet/forflytning:**
Produktet kan bruges både som smertebehandling og/eller -forbyggelse samt til brugere, som er i risiko for tryksår. Hvis brugeren oplever, at produktet ikke i tilstrækkelig grad reducerer trykket mod huden, bør der søges en sundhedsfaglig vurdering.

**Levetid:**
Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask.
Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.
Kontroller, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i skummet, når det trykkes sammen og at alle syninger er intakte. Hvis ikke eller hvis produtet i øvrigt er i stykker, skal det kasseres.

**Garanti:**
master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

**Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:**
Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

## ADVARSLER

Vi anbefaler, at behandling af tryksår sker i samarbejde med sundhedsfagligt personale.
Hvis trykmærker ikke forsvinder ved brug af produktet, bør der ligeledes søges sundhedsfaglig hjælp.

**CE-mærkning:**
Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

MD
Medicinsk udstyr, lever op til Regulativet for medicinsk udstyr MDR 2017/745.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

**Brugervægt:**
Ingen max brugervægt.

**Vask:**
Dette produkt kan vaskes i hånden ved max. 60 °C.

**Vaskemidlets pH værdi:**
pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.

**Skyllemiddel:**
Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.

**Tørretumbling:**
Dette produkt må IKKE tørres i tørretumbler.

**Overfladisk rengøring:**
Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.

**Desinficering:**
Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

**Strygning:**
Tåler ikke strygning

**Kemisk rensning:**
Tåler ikke rensning.

**Blegning:**
Tåler ikke blegning.

**Eftersyn:**
Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i skummet, når det trykkes sammen og at alle syninger er intakte. Hvis ikke eller hvis produtet i øvrigt er i stykker, skal det kasseres.

**Brugervejledning:**
Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.

**Bortskaffelse:**
Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

master care HUMAN HANDLING CONCEPT
We support the Sustainable Development Goals | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.

master-care.dk
master care A/S, Sofienlystvej 3, 8340 Malling, Danmark
Tlf. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk