MADE IN EUROPE

Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

44_20260408_DK

Giwik - Crutches Pad Adult

REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn	UDI-DI/GTIN	Størrelse
◯ GW2008	101620	Giwik - Crutches Pad Child	05744001974889	Længde 9 cm, Indvendig diameter 9 cm
◯ GW2010	101476	Giwik - Crutches Pad Adult	05744001974902	Længde 12 cm, Indvendig diameter 15 cm

The Original Nordic Human Handling Concept

QUALITY OF DENMARK mastercare THE SCANDINAVIAN HUMAN HANDLING CONCEPT

Scan Me

Developed & Manufactured by:

master-care.dk

Brugervejledning - Giwik - Crutches Pad

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet / produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde.
Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:
Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:
Produktet har til formål at yde trykaflastning på tryktruede kropsdele eller til aflastning af led for at mindske risiko for smerter.

Indikation:
De trykaflastende puder kan minimere smerte og ubehag fra håndgreb og albuestøtten ved gang med krykker.

Kontraindikation:
Der kendes ikke til kontraindikationer ved brug af produktet.

Montering af produktet:
"Posen" monteres rundt om krykkens albuestøtte og båndet strammes til.

"Tuben" monteres rundt om krykkens håndgreb og velkroen fæstnes stramt rundt om krykkens metalstang.

Levetid:
Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask.
Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.
Kontroller, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i skummet, når det trykkes sammen og at alle syninger er intakte. Hvis ikke eller hvis produtet i øvrigt er i stykker, skal det kasseres.

Garanti:
master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:
Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

Indhold:
Stof: 90% Bomuld, 10% Polyester
Skum: 100% Polyethylen.
Velkro/Burrebånd: 100% Polyester

ADVARSLER

Sikre at velkrobåndet altid er forsvarligt spændt rundet om krykkens jernstang, så tuben ikke drejer rund ved gang.

Vi anbefaler, at behandling af tryksår sker i samarbejde med sundhedsfagligt personale.
Hvis trykmærker ikke forsvinder ved brug af produktet, bør der ligeledes søges sundhedsfaglig hjælp.

CE-mærkning:
Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

MD
Medicinsk udstyr, lever op til Regulativet for medicinsk udstyr MDR 2017/745.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Brugervægt:
Ingen max brugervægt.

Vask:
Dette produkt kan vaskes i hånden ved max. 60 °C.

Vaskemidlets pH værdi:
pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.

Skyllemiddel:
Der må ikke anvendes skyllemiddel.

Tørretumbling:
Dette produkt må IKKE tørres i tørretumbler.

Overfladisk rengøring:
Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.

Desinficering:
Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

Strygning:
Tåler ikke strygning

Kemisk rensning:
Tåler ikke rensning.

Blegning:
Tåler ikke blegning.

Eftersyn:
Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at skummet giver er fleksibelt ved tryk og at stof og skum er intakt. Hvis ikke eller hvis produktet er i stykker, skal det kasseres.

Brugervejledning:
Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.

Bortskaffelse:
Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

master care HUMAN HANDLING CONCEPT
We support the Sustainable Development Goals
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.

master-care.dk

master care A/S, Sofienlystvej 3, 8340 Malling, Danmark
Tlf. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk