MADE IN EUROPE

Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

38_20260409_DK

Master Comfort Armpude

Lejringspuder i topklasse

	REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
◯	MC 001-8017	71683	Master Comfort Armpude - L	05744001971451
◯	MC 001-8018	134201	Master Comfort Armpude - M	05744001974254
◯	MC 001-8012	137078	Master Comfort Armpude Cover - M	05744001974674
◯	MC 001-8013	137079	Master Comfort Armpude Cover - L	05744001974681

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1

MD CE

ISO 09 07 06 07

The Original Nordic
Human Handling Concept

QUALITY OF DENMARK
mastercare
THE SCANDINAVIAN HUMAN HANDLING CONCEPT

Scan Me

Developed & Manufactured by:
master-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:
Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:
Produkterne kan bruges af personer, der ikke eller kun delvist kan ændre deres kropsstilling på grund af begrænset bevægelse eller nedsat kropsopfattelse og derfor ikke er i stand til at indtage en stabil kropsstilling uden støtte. Derudover kan produkterne forebygge/reducere skader forårsaget af tryk- eller forskydningskræfter hos brugere, der er i risiko for at få tryk- eller forskydningssår.
Produkterne kan også have en stabiliserende og beroligende effekt på mennesker med sensoriske eller kognitive funktionsnedsættelser og have en smertelindrende effekt.
Produkterne øger kontaktfladen, hvilket fører til en bedre fordeling af trykket på vævet og dermed reducerer risikoen for trykskader.

Anvendelse af produktet:
Produktet bruges til understøttelse af fx paretisk arm for at minimere risikoen for tryksår eller understøtte en korrekt ledstilling.

Indikation:
Til brugere, som ikke selv kan opretholde en stilling i fx armen eller som er i risiko for tryksår/-mærker.

Kontraindikation:
Brug ikke produkterne i direkte kontakt mod åbne sår. Ellers er der ingen kendte kontraindikationer for brugen af produktet.

Advarsel:
Det er meget vigtigt, at patienten regelmæssigt omlejer sig eller bliver omlejret.
Dette aflaster trykket, hvilket hjælper med at forebygge både vævskompression og potentiel trykskade og dannelse af tryksår.
Rødme i huden kan være tegn på vævsskade.
- Undersøg/monitorér regelmæssigt om din hud udvikler nogen form for rødme.
- Kontakt en sundhedsfaglig person, hvis huden bliver rød eller let rødme ikke forsvinder inden for få timer..
Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejring og tilsyn med hud og væv.

Risikovurdering:
Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at hjælpemidlet tilpasset behovet for understøttelse og/eller trykaflastning.

Kendskab til produktet/forflytning:
Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger til brug på langt de fleste produkter.

Produktionsdato og levetid:
Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.
Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Kontrol/Eftersyn:
Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig trykaflastning eller kan opretholde den ønskede stilling, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:
Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

Garanti:
master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

Brugervejledning - Master Comfort Armpuder

Understøtte arm i siddende (Passiv bruger, 1 hjælper):

1. Åben burrebåndet og monter det omkring kørestolens rygdel, rygrør eller armlænet. Armpuden kan nu let flyttes til siden, når den ikke bruges eller efterlades hængende på bagsiden af stolen uden at falde på gulvet.

2. Løft armen. Placer Armpuden og sænk armen, så den støttes af Krøyerkuglerne. Kuglerne kan tilpasses armens placering fuldstændigt.

3. Som tilbehør kan tilkøbes et bomuldsbetræk.

Understøttelse med armpude i liggende (Passiv bruger, 1 hjælper):

4. Monter burrebåndet på sengehesten. Placer Armpuden under brugerens arm og tilpas Krøyerkuglerne. Armpuden kan med fordel vælges hos personer, der let taber eller bevidst fjerner deres lejringspuder. Fæstningen med burrebånd gør, at puden ikke falder på gulvet.

Placering af Armpuden i seng:

5. Monter burrebåndet på sengeenden. Placer Armpuden mellem brugerens ben og tilpas kuglerne.

6. Armpuden kan hænges ud over sengeenden uden at falde på gulvet og efterfølgende placeres igen. Armpuden er således altid indenfor rækkevidde.

master-care.dk

Brugervejledning - Master Comfort Armpuder

Tekniske specifikationer

ISO klassificering:
Hvidt Inco Cover:
DS/EN ISO 12952-1:2010
Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: Antændelseskilde: Glødende cigaret.

DS/EN ISO 12952-2:2010
Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 2: Antændelseskilde: Tændstikflamme.

REF - Navn:	Størrelse:	SWL (safe working load):	Indhold:	Produktvægt:
MC 001-8017 Master Comfort Armpude - L	L 89 x B 24-33 x H 10 cm	Ikke relevant	Hvidt inko cover: 60% polyester, 40% polyurethan. Fyld: 100% polystyren.	0,70 kg
MC 001-8018 Master Comfort Armpude - M	L 70 x B 19-27 x H 7 cm	Ikke relevant	Hvidt inko cover: 60% polyester, 40% polyurethan. Fyld: 100% polystyren.	0,42 kg
MC 001-8012 Master Comfort Armpude Cover - M	L 72 x B 16-29 cm	Ikke relevant	61% bomuld, 33% polyester, 5% spandex, 1% polyamid.	0,12 kg
MC 001-8013 Master Comfort Armpude Cover - L	L 88 x B 16-33 cm	Ikke relevant	61% bomuld, 33% polyester, 5% spandex, 1% polyamid.	0,14 kg

ADVARSLER

Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.

Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejring og tilsyn med hud og væv.

Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.

CE-mærkning:
Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

Vask:
Master Comfort Armpude kan tørres over med max. 85 °C vand.

Master Comfort Armpude Cover kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C.

Vaskemidlets pH værdi:
pH værdi for vaskemiddel / desinfektions-middel mellem pH 5 - 9.

Skyllemiddel:
Der må ikke anvendes skyllemiddel.

Tørretumbling:
Master Comfort Armpude må IKKE tørretumbles.

Master Comfort Armpude Cover må tørretumbles ved max 40 °C.

Overfladisk rengøring:
Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.

Desinficering:
Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

Strygning:
Tåler ikke strygning

Kemisk rensning:
Tåler ikke rensning.

Blegning:
Tåler ikke blegning.

Eftersyn:
Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at inkontinensfladen stadig er intakt ift. brug, og at alle syninger er intakte.

Brugervejledning:
Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.

Bortskaffelse:
Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Find os på:

master care HUMAN HANDLING CONCEPT
We support the Sustainable Development Goals | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

(DK) Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.

master-care.dk

master care A/S, Sofienlystvej 3, 8340 Malling, Danmark
Tlf. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk